CE-Running Buffer(10×) with EDTA

产品货号：

CS012

产品组成：

名称	规格
CE-Running Buffer(10×) with EDTA	500 mL

产品说明：

CE-Running Buffer(10×) with EDTA 用于测序仪的毛细管电泳缓冲液，调节 DNA 测序和片段分析样品的 pH 值，维持电泳所需要的离子强度及液体环境。

使用方法：

1. 将装有 CE-Running Buffer(10×) with EDTA 的试剂瓶从 4℃冰箱取出，并轻轻摇匀。
2. 根据测序仪需要缓冲液的量，将 CE-Running Buffer(10×) with EDTA 缓冲液与高纯水按 1：9 稀释至 1×。
3. 充分混匀后 1×缓冲液，倒入阳极杯和 Buffer 槽至其刻度线后上机使用。

保存条件：2-8℃

注意事项：

1．配置好的 1×缓冲液上机后，测序仪每运行 48 小时需进行更换。

2．如测序仪长期不运行，每 5-7 天更换 1×缓冲液，并确保毛细管的两端在缓冲液中。

仅供研究使用，不用于临床诊断
For Research Use Only.
Not for use in diagnostic procedures.
电话：400-870-7870　　网址：www.Luckgen.com